



Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДИКОМ-УКРАЇНА»
вул. Серпова, 11, 03115 Київ, Україна. ЄДРПОУ: 37098888
тел/факс: +38-044-3039943 e-mail: office@medicom-ua.com http://www.medicom-ua.com/

Переклад відповідно з Сертифікатом якості від виробника, виконано Уповноваженим представником виробника в Україні ТОВ «Медіком-Україна»

Сертифікат якості

На медичні оглядові рукавички марки SafeTouch®, Medicom
Видано на основі сертифікатів ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016

Виріб: Рукавички оглядові нітрилові текстуровані без пудри нестерильні SafeTouch® Vitals™ Slim Blue (артикул: 1175P2)

Виробник: Zhonghong Pulin Medical Products Co.Ltd.

Номер партії: MUA687

Дата виготовлення: 16.06.2025 р. **Термін придатності:** 17.06.2030р.

Параметри, що підлягають перевірці	Результат тесту
Розміри	XS, S, M, L, XL
Відсутність дірок та візуальних дефектів. AQL 1,5; AQL 2,5	Тест пройдено
Довжина по розміру, мм	XS - 245±5 S - 245±5 M - 245±5 L - 245±5 XL - 245±5
Ширина, мм	XS - 75±5 S - 85±5 M - 95±5 L - 105±5 XL - 112±5
Товщина в зоні пальців, мм	≥0,08
Товщина в зоні долоні, мм	≥0,06
Товщина в зоні манжети, мм	≥0,05
Матеріал	Нітрil
Міцність на розрив, N	≥6
Міцність на розрив, при тесті на старіння матеріалу, N	≥6
Згідно EN-455 частина 3	
Залишок пудри. ASTM D6319-00a, макс 2мг/рукавичку	Відповідає
Наявність валика на манжеті	Відповідає
Згідно EN-455 частина 4	
Термін придатності	5 років
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників

Стійкі до впливу хімічних речовин та механічних пошкоджень (проколів).

Результат аналізу: Вищеперерахована продукція відповідає стандартам ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частини 1 та 2.

Заключення: Рукавички оглядові медичні марки SafeTouch®, Medicom® виготовлені у відповідності зі стандартами ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 та EN 455 – частини 1 та 2.

