



МІНЕКОНОМІКИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)**

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел: (044) 526-52-29, факс: (044) 526-42-60, Код ЄДРПОУ 02568182
e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, web: <http://www.ukrcsm.kiev.ua>

від 31.10 2024 р. № 303-04/262 На № _____ від _____ 20__ р.

Директору
ТОВ "МЕД-ДЕНТАЛ СЕРВІС"
Михайлу ГОРБАЧИКУ

Щодо оцінки відповідності

02660, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 24/26, корп.34

ДОВІДКА

На Ваш запит ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», як Призначений орган з оцінки відповідності, повідомляє, що на мийки ультразвукові Esco 3L, Esco 5L, Esco 6L, прилади для змащення стоматологічних наконечників Esco LUB-900B, TT Bio, пакувальні машини Seal 100, Esco ЕСМ01А, дистилятори для води Esco ЕС02 згідно документації виробника розповсюджується дія Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 та Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067.

Згідно п. 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62 Дія цього Технічного регламенту не поширюється на: низьковольтне електричне та електронне обладнання, на яке поширюється дія Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067.

Директор УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Віктор РИМЕР



Тетяна Кіреева
044-526-53-79